El sistema contenedor MINI-BAG PLUS de Baxter es una herramienta utilizada para la reconstitución y administración de medicamentos intravenosos. A continuación, se detallan las instrucciones en español para su uso:

Ensamblaje:

1. **Preparación del vial:**
   - Retire la tapa del vial de medicamento.
   - Limpie la parte superior del vial con una toallita de alcohol durante al menos 15 segundos y deje que se seque al aire.
2. **Preparación de la bolsa:**
   - Retire la cubierta de aluminio de la MINI-BAG PLUS.
   - Inspeccione el vial de medicamento para asegurarse de que esté seco y sin humedad. Si detecta humedad, comuníquese con la farmacia antes de usarlo.
3. **Conexión del vial a la bolsa:**
   - Coloque el vial en posición vertical sobre una superficie estable.
   - Presione firmemente el adaptador de medicamento con ambas manos hasta que el vial encaje en su lugar. No lo gire. Use el sistema solo si el vial está completamente encajado.

Reconstitución:

4. **Verificación inicial:**
   - Apriete la bolsa y verifique el vial. Úselo únicamente si el vial está completamente encajado y seco.
5. **Activación del sistema:**
   - Doble el vial hacia arriba y hacia abajo para romper el sello ubicado en el cuello de la bolsa.
6. **Mezcla del medicamento:**
   - Sostenga la bolsa con el vial hacia abajo. Apriete la bolsa para que la solución ingrese en el vial (hasta que se llene la mitad). Sacuda la bolsa/vial para disolver el polvo.
   - Luego, sostenga la bolsa con el vial hacia arriba. Apriete la bolsa para que ingrese aire en el vial. Libere la bolsa para drenar el medicamento disuelto del vial.
   - Repita estos pasos hasta que el vial no tenga más medicamento y la solución esté completamente mezclada. No retire el vial de medicamento.

Preparación de la manguera de administración:

1. **Preparación inicial:**
   - Saque el conjunto de administración con manguera del paquete.
   - Gire el dial de modo que la flecha quede alineada con la posición OFF (cerrado).
2. **Conexión a la bolsa:**
   - Quite la protección del puerto de la bolsa MINI-BAG PLUS.
   - Retire la cubierta protectora del punzón de la manguera. Tenga cuidado de que el punzón descubierto no tenga contacto con sus manos ni con ninguna otra superficie.

- Inserte el punzón de la manguera a un ángulo de 90° en el puerto de la bolsa, empujando con un movimiento giratorio hacia atrás y adelante. Asegúrese de que el punzón se inserte en el puerto de la bolsa hasta el borde elevado.

3. **Preparación final:**
   - Cuelgue la bolsa MINI-BAG PLUS en el portador de suero intravenoso.
   - Apriete la cámara de goteo de la manguera hasta que se llene por lo menos la mitad.
   - Gire el dial de la manguera de la posición OFF a la posición OPEN (abierto) y deje que la manguera se llene de fluido por completo. Durante este proceso, sostenga el dial de la manguera con la mano y evite que el extremo de la manguera tenga contacto con cualquier superficie.
   - Cuando el fluido llegue al extremo de la manguera, gire el dial nuevamente a la posición OFF (cerrado).

Inicio de la infusión:

1. **Preparación del conector:**
   - Limpie el conector sin aguja con una toallita de alcohol durante al menos 15 segundos y deje que se seque al aire.
2. **Conexión y administración:**
   - Conecte la manguera de administración al conector sin aguja del catéter intravenoso.
   - Ajuste el dial de la manguera a la velocidad de flujo prescrita por su profesional de salud.
   - Monitoree la infusión según las indicaciones de su proveedor de atención médica.

Para una guía visual detallada sobre el uso del sistema MINI-BAG PLUS con un controlador de flujo, puede consultar el siguiente video:

Recuerde seguir siempre las indicaciones de su profesional de salud y las instrucciones proporcionadas con el equipo. Si tiene alguna duda o inquietud, comuníquese con su proveedor de atención médica.

vitalcare
INFUSION SERVICES



vitalcare
INFUSION SERVICES